

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique Et Populaire  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
Ministère De L'enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique  
جامعة - غليزان  
Université De Relizane  
كلية العلوم والتكنولوجيا  
Faculté Des Sciences Et De La Technologie



CONSULTATION N° 10/ UR/FST/2026

# CAHIER DES CHARGES

Opération : Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques.

- LOT N° 01 : Mobilier.
- LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.
- LOT N° 03 : Equipement.

---

Université de Relizane  
Faculté des Sciences et de la Technologie  
Adresse : Cite Zaghoul Bormadia, Relizane  
[fst@univ-relizane.dz](mailto:fst@univ-relizane.dz)  
Email : [sg.fst@univ-relizane.dz](mailto:sg.fst@univ-relizane.dz)

# INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

## Sommaire



Article 01 : objet du cahier des charges

Article 02 : Mode de passation

Article 03 : définition des termes utilisés dans le présent cahier des charges

Article 04 : nature des fournitures (à titre d'exemple

Article 05 : recommandations aux fournisseurs

Article 06 : demande d'éclaircissement

Article 07 : modification du cahier des charges

Article 08 : durée de préparation des offres

Article 09 : validité de l'offre

Article 10 : contenu du dossier de soumission

Article 11 : Montant de l'offre

Article 12 : consistance du matériel et présentation d'échantillons

Article 13 : forme et signature de l'offre

Article 14 : dépôt des offres

Article 15 : modification et retrait des offres :

Article 16 : ouverture des plis et évaluation des offres

Article 17 : complément d'information aux offres

Article 18 : correction des erreurs

Article 19 : Critères d'évaluation

Article 20 : des exclusions de la participation aux marchés publics

Article 21 : vérification des capacités de l'entreprise

Article 22 : Critère d'attribution de la consultation

Article 23 : Cas de désistement

Article 24 : Anfractuosités et annulation la consultation

Article 25 : Signature du contrat

### **Article01 : objet du cahier des charges :**

Le présent cahier des charges a pour objet : « **Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques** ».

- **LOT N° 01 : Mobilier.**
- **LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.**
- **LOT N° 03 : Equipement**

De la Faculté des sciences et de la technologie - université de Relizaneau titre de l'exercice de l'année budgétaire 2026:

### **Article02 : Mode de passation :**

La consultation est passée sur la base d'un avis de consultation, et conclu conformément aux articles 13 et 14 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et les articles 18/19 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

### **Article03 : définition des termes utilisés dans le présent cahier des charges :**

Le service contractant : désigne le maître de l'ouvrage ou l'administration en se référant à la direction de l'université de Relizane

Le soumissionnaire : désigne le fournisseur qui a présenté une offre en vue d'exécuter les prestations, objet du cahier des charges.

Le partenaire cocontractant : désigne le fournisseur qui a été retenu en vue de produire les prestations, objet de l'avis de la consultation.

Le contrat : désigne le contrat passé entre le service contractant et le partenaire cocontractant et se définit par les clauses et conditions auxquelles les deux parties adhèrent pleinement en vue de l'exécution des prestations, objet de la consultation.

### **Article 04 : nature des fournitures (à titre d'exemple)**

« **Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques** ».

- **LOT N° 01 : Mobilier.**
- **LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.**
- **LOT N° 03 : Equipement**

De la Faculté des sciences et de la technologie - Université de Relizane

### **Article 05 : recommandations aux fournisseurs**

Il est recommandé aux soumissionnaires de réunir sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires pour préparer son offre et prendre un engagement contractuel. Les dépenses y afférents seront à sa charge.

### **Article06 : demande d'éclaircissement**

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier de la consultation peut en faire la demande au service contractant par écrit ou par télécopie envoyé à l'adresse :

**UNIVERSITE DE RELIZANE  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE  
CITE ZAGHLOUL BOURMADIA RELIZANE**

Le service contractant répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins dix (05) jours avant la date de dépôt des offres. La réponse qui lui est notifiée par le service contractant est en même temps notifiée à l'ensemble des entreprises qui ont retiré le cahier des charges, cette réponse doit être notifiée en gardant l'anonymat pour chaque soumissionnaire destinataire.

### **Article07 : modification du cahier des charges**

Le service contractant peut avant le jour de dépôt des offres apporter les modifications ou compléments au dossier de la consultation et cela par sa propre initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements.

Le service contractant doit notifier les modifications ou compléments éventuels par le biais d'un additif qui sera transmis par écrits à tous les soumissionnaires au plus tard dans les premiers jours qui suivent la date de la parution de l'avis de consultation.

Les modifications sont opposables à tous les soumissionnaires afin de leur donner le temps nécessaire pour opérer les changements de leur future offre.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai de préparation des offres; dans ce cas, il en informe les candidats par tous moyens en moins trois jours avant l'expiration du délais de préparation des offres, conformément aux dispositions de l'article 66 du décret présidentiel n°15-247, du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

### **Article08 : durée de préparation des offres :**

Le délai de préparation des offres est fixé à **08jours** à compter du **26/05/2026**

Le jour et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres le : **02/06/2026...à 10.30h.**

Le jour et l'heure d'ouverture des plis correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres le : **02/06/2026.à10.45 h.**

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

Cette date de dépôt des offres peut être prorogée une prolongation à l'avis de la consultation 03 jours avant l'expiration du délai de préparation des offres ; auquel cas les droits et obligations du service contractant et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initialement arrêtée seront dorénavant régis par la date telle qu'elle a été reportée.

**Article09 :validité de l'offre :**

La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres qui est de 10 jours augmentée de trois (03) mois, Conformément aux dispositions de l'article 98 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et l'article 76 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics .

**Article10 : contenu du dossier de soumission :**

Contenu du dossier de consultation Conformément à l'article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et les articles 17/47 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, les offres doivent comporter les dossiers suivants :

1. **Un dossier de candidature ;**
2. **Une offre technique ;**
3. **Une offre financière.**

**a) 1) Le dossier de Candidature contient :**

- Déclaration de candidature dument remplie, signée et datée (selon modèle ci-joint).
- Déclaration de probité dument remplie, signée et datée (selon modèle ci-joint)
- Copie du registre de commerce électronique.
- Relevé d'identité bancaire (R.I.B)
- Extrait de rôle apuré ou échéancier de paiement
- Dépôt des comptes sociaux pour les entreprises ayants un statut de personne morale.
- Statut de l'entreprise, s'il y a lieu
- Attestation de mise à jour (CNAS/CASNOS)
- Numéro d'Identification fiscale (NIF)
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ;
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires

\* Les copies des documents fournis doivent être en cours de validité.

**b) L'Offre Technique comprendra :**

- Déclaration à souscrire dument remplie, signée et datée (selon modèle ci-joint).
- Mémoire technique justificative.
- Le présent cahier des charges dument remplie et paraphé par le soumissionnaire et portant à la dernière page de chaque chapitre, la mention manuscrite « lu et accepté ».
- Planning de délai de livraison.
- Engagement pour le délai de garantie.
- Catalogue (caractéristiques techniques).

**c) L'Offre Financière comprendra :**

- Lettre de soumission dument remplie, signée et datée (selon modèle ci-joint)
- Le bordereau des prix unitaires signée et datée
- Détail quantitatif et estimatif, signé et daté

**N.b : Les soumissionnaires doivent respecter le contenu de chaque offre**

**Article11 : Montant de l'offre :**

Les montants de l'offre doivent être portés en lettres et en chiffres sur la soumission, et au total général du détail quantitatif et estimatif.

Le bordereau des prix unitaires doit comporter les prix en lettres et en chiffres.

**Article 12 : consistance du matériel et présentation d'échantillons**

L'équipement, matériel et prestations objet de la présente consultation sont définis dans le dossier technique de l'avis de la consultation remis par le service contractant.

Les candidats sont tenus d'appuyer leurs offres techniques le jour de dépôts des offres par des catalogues (photos ,caractéristiques )pour toute équipements et matériels, conformément à l'article 68 du décret présidentiel n°15-247 du 16Septembre2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, faute de quoi, leurs offres seront rejetées par la commission d'ouverture de plis et d'évaluation des offres.

**Article 13 : forme et signature de l'offre :**

Conformément à :

- l'article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Les articles 17/47 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

Les offres seront déposées auprès de **faculté des sciences et de la technologie** - Université de Relizane à l'adresse ci-après :

**UNIVERSITE DE RELIZANE  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE  
CITE ZAGHLOUL BOURMADIA RELIZANE**

Les soumissionnaires soumettront leurs offres sous une enveloppe principale cachetée et anonyme ne comportant aucune inscription extérieure autre que la mention suivante :

**CONSULTATION N° 10/ UR/FST/2026**

**« Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques ».**

- **LOT N° 01 : Mobilier.**
- **LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.**
- **LOT N° 03 : Equipement**

**UNIVERSITE DE RELIZANE  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE**

**(À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres)**

Cette enveloppe principale abritera Trois (04) autres enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de la consultation ainsi que la mention : « **DOSSIER DE CANDIDATURE** », « **OFFRE TECHNIQUE** », « **OFFRE FINANCIERE** » selon le cas.

**Nb :**

**Si l'enveloppe extérieure n'est pas marquée comme indiqué, le service contractant ne sera en aucun cas responsable de l'égarement ou de l'ouverture prématurée de l'offre.**

**Article 14 : dépôt des offres :**

Conformément à l'article 66 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, les offres doivent être déposées à l'adresse ci-après le dernier jour du délai de préparation des offres au plus tard à **10.30h**.

La date et l'heure limite de dépôt des offres est : ...**02/06/2026**.... à **10:30h**

**UNIVERSITE DE RELIZANE  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE  
SECRETARIAT GENERAL BORMADIA - RELIZANE**

**Article 15 : modification et retrait des offres :**

Conformément à l'article 63 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment signé à l'adresse suivante :

**UNIVERSITE DE RELIZANE  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE  
SECRETARIAT GENERAL BORMADIA - RELIZANE**

**Article 16 : ouverture des plis et évaluation des offres**

Conformément aux articles 70,71, 72 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et l'article 48 de la loi N° 23-12 du 18 moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics .

- l'ouverture des plis aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres, à **(10 :30 h)** au siège de **faculté des sciences et de la technologie** de l'université de relizane. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l'ouverture des plis est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

**a- Ouverture des plis**

L'ouverture des plis techniques et financiers est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Elle aura lieu le jour de dépôt de l'offre à 10.45 h en présence des soumissionnaires préalablement informés dans le cahier des charges

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres se réunit valablement quel que soit le nombre des présents ; conformément aux dispositions de l'article 162 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public.

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a pour mission :

- De constater la régularité de l'enregistrement des offres ;
- De dresser la liste des soumissionnaires dans l'ordre d'arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec l'indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
- De dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ;
- De parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément ;
- De dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission.
- D'inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d'ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l'exception de mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l'évaluation des offres ;
- De proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l'anfractuosité de la procédure lorsqu'aucune offre n'est réceptionnée ;
- De restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts ;

#### **b- Evaluation des offres :**

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres analyse les offres en vue de dégager la proposition à soumettre aux instances concernées.

Le service contractant peut faire appel, sous sa responsabilité, à toute compétence qui sera chargée de l'élaboration du rapport d'analyse des offres, pour les besoins de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres.

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a pour mission :

- D'éliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges.
- De procéder à l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et d'une méthodologie prévus dans le cahier des charges.
  - D'établir, dans une première phase, le classement technique des offres et éliminer les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue dans le cahier des charges.
  - D'examiner, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans une deuxième phase, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement,
- Retenir, conformément au cahier des charges, l'offre économique la plus avantageuse, correspondant à l'offre :
  - 1- La mieux-disant, parmi les offres financières des candidats retenus, lorsque l'objet du contrat le permet. dans ce cas, l'évaluation des offres se base uniquement sur le critère prix.
  - 2- La mieux-disant, parmi les offres pré-qualifiés techniquement, lorsqu'il s'agit de prestations courantes. Dans ce cas, l'évaluation des offres se base sur plusieurs critères parmi lesquels figure le critère prix.
  - 3- Qui obtient la note totale la plus élevée sur la base de la pondération de plusieurs critères par lesquels figure le critère prix, lorsque le choix est essentiellement basé sur l'aspect technique des prestations.
- Restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues par le présent décret.

#### **Article 17 : complément d'information aux offres :**

Suivant l'article 72 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, la commission d'évaluation des offres, par l'intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, des clarifications ou des précisions aux soumissionnaires dont les offres sont jugées conformes au cahier des charges.


Des réunions de clarifications des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l'objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.

Le complément d'information ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l'offre.

Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.

Aucune information relative au contenu de l'offre d'un candidat ne doit être révélée

A l'issue de cette phase, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel, aux prescriptions techniques ou aux performances prévues dans le cahier des charges.



**Article 18 : correction des erreurs**

La commission d'évaluation des offres vérifie et rectifie les erreurs de calcul éventuelles. Les erreurs seront corrigées de façon suivante :

- a) lorsqu'il existe une différence entre le montant en chiffres, et le montant en lettres, le montant en lettre fera foi.
- b) lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire et le montant total de contenu, en effectuant le produit du prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu'on estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire auquel cas le montant total cité fera foi et le prix unitaire sera corrigé. Le taux d'erreur toléré et de 05% en TTC en augmentation ou en diminution.

A l'exception des corrections citées ci-dessus, toute modification des prix est catégoriquement rejetée.

**Article 19 : Critères d'évaluation :**

**I- NOTE TECHNIQUE : 70 POINTS**

**1- Moyens humains et matériels 10POINTS**

**a) Moyens humains : 05 Points**

- 01 ingénieur ou Techniciens supérieur ou techniciens de spécialité en rapport avec les équipements

**Remarque :** Moyens humains sont justifiés par diplôme, affiliation CNAS (Sa durée de validité n'excède pas six(06) mois )

**Moyens matériels : 05 Points**

- 01 Voiture utilitaire

**Remarque :** Moyens matériels seront justifiés par carte grise et un certificat d'assurance valide au nom du soumissionnaire ou l'entreprise.

**2- Garantie (en dehors de la garantie contractuelle) 15 POINTS**

La garantie supplémentaire est une garantie plus avantageuse que celle régie par les dispositions légales (Garantie légale) conformément à l'article 03 alinéas 02 du décret exécutif n° 13-327 du 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services en tout état de leurs garantie légale ne doit pas être inférieure à 12 mois.

- Garantie de 12 mois **05 points**
- Garantie sup à 12 mois et inf ou égale à 24 mois **10 points**
- Garantie sup à 24 mois **15 points**

**3- Délai de livraison et d'installation 15 POINTS**

A cet effet, les soumissionnaires doivent indiquer dans leurs offres, les délais pendant lesquels ils comptent à réaliser le marché.

- Livraison et installation ..... **15 Points**
- **Le délai le plus court sera attribué 15 pts** (autre offre= 15 pts x le délai le plus court / le délai de l'offre considérée)

**Phase «B» :**

**1/ Caractéristiques techniques des équipements : 30 POINTS**

**Commission adhoc.**

**Le comité technique est désigné par décision conformément au décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, afin d'élaborer un rapport d'analyse des offres pour les besoins de la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres.**

Evaluation établie par les utilisateurs des équipements en question :

Equipements répondant aux caractéristiques techniques et avec une technologie supérieure, suivant Les critères d'évaluation des échantillons est fixés à : ..... **30 Points**

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres notera les équipements proposés selon les échantillons, en tenant compte du rapport d'analyse de la commission ad hoc en matière de :

- 1- **Maniabilité** **05 Points**
- 2- **Souplesse d'utilisation et la durabilité** **10 Points**
- 3- **Dangerosité** **05 Points**

4- **Modularité**

**05 Points**

5- **Résistance aux chocs**

**05 Points**

❖ Pour les équipements non conformes, **l'offre sera rejetée** en totalité par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres.

❖ Seul les soumissionnaires ayant obtenus une note de la **Phase «A+B»** supérieure ou égale à : **35 Points** Seront qualifiés techniquement pour l'analyse de leurs offres financières, a défaut seront écartés

Cet aspect est laissé à l'appréciation du comité technique, seul aptes à déterminer les matériels les plus performants et leurs adéquations avec les objectifs de travail qu'ils se fixent. Il est entendu que les équipements de notoriété reconnue seront mieux appréciés. Cette appréciation est consignée dans un rapport d'analyse dressé par le comité technique conformément à **l'article 160 alinéa 02 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public** jugera les équipements sur la base de la documentation technique présentée (**catalogue des équipements obligatoires**) comparativement aux caractéristiques techniques contenues dans le cahier des charges.

## **II- NOTE FINANCIERE :**

**30 POINTS**

La notation financière est établie comme suit :

- Offre financière la moins disant : .....**30 points**
- Autre offre = **30 points** x Offre moins disant/ montant de l'offre considérée

**NOTE GLOBALE** = Note Technique + Note Financière

- **LE SOUMISSIONNAIRE QUI AURA UNE NOTE GLOBALE SUPERIEURE SERA RETENU.**
- **EN CAS D'EGALITE, L'OFFRE QUI AURA LA NOTE TECHNIQUE LA PLUS ELEVEE SERA RETENU, OU PAR AUTRE CRITERE A SAVOIR LE DELAI DE LIVRASON.**

### **Article 20 : des exclusions de la participation aux marchés publics**

- En application des dispositions l'article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Les articles **51/52** du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics les opérateurs économiques :

- Qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l'exécution d'un marché public avant l'expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévus aux articles 71 et 74 du décret cité ci-dessus ;
- Qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
- Qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
- Qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
- Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
- Qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
- Qui ont fait une fausse déclaration ;
- Qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défailtantes, après avoir fait l'objet de décisions de résiliations aux torts exclusifs de leurs marchés publics par des services contractants ;
- Qui ont été inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics,prévues à l'article 89 du présent décret ;
- Qui ont étéInscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
- Qui ont fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité social ;
- Qui n'ont pas respecté leurs engagements définis à l'article 84 du décret cité ci-dessus ;

### **Article 21 : vérification des capacités de l'entreprise**

En vue d'une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, le service contractant doit vérifier les capacités techniques, financières et commerciales du partenaire contractant et de leurs capacités et références notamment auprès d'autres services contractants,conformément l'article 54 du décret présidentiel n°15-247 du 16Septembre2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service publicet l'article 43 du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

### **Article 22 : Critère d'attribution de la consultation**

Conformément aux dispositions de l'article 72 de décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service contractantet l'article 53 du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445

correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le service contractant attribuera l'offre selon les critères : mieux - disant parmi les offres pré qualifiées techniquement.

### **Article 23 : Cas de désistement**

Conformément :

- L'article 74 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- L'article 50 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics

Lorsque l'attributaire de la consultation, se désiste avant la notification du contrat ou refuse d'accuser réception de la notification du contrat, le service contractant peut continuer l'évaluation des offres restantes, après avoir annulé l'attribution provisoire de la consultation, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence et des exigences du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et des dispositions de l'art du présent décret.

L'offre du soumissionnaire qui se désiste de la consultation maintenue dans le classement des offres (Art 74). L'attributaire de la consultation pourra être exclu de la participation aux consultations (Art 75).

### **Article 24 : Infructuosité et annulation la consultation**

#### **- Infructuosité de la consultation :**

La procédure de la consultation est déclarée infructueuse lorsque : Aucune offre n'est réceptionnée lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre n'est déclarée conforme à l'objet de la consultation et au contenu du cahier des charges, Lorsque le financement des besoins ne peut être assuré.

#### **- Annulation de la consultation :**

Conformément à l'article 73 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public Le service contractant et l'article 49 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics

Le service contractant peut, pour des motifs d'intérêt général, pendant toute la phase de passation d'une consultation, déclarer l'annulation de la procédure et/ou l'attribution provisoire de la consultation.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité dans le cas où leurs offres n'ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l'attribution provisoire de la consultation a été annulée.


### **Article 25 : Signature du contrat**

En même temps qu'il sera notifié au soumissionnaire retenu l'acceptation de son offre, le service contractant lui remettra la formule du contrat donnée dans le dossier de consultation, contenant toutes les dispositions convenues entre les deux parties.

#### **Le Soumissionnaire**

*(Cachet, Griffé et Signature)*

(La mention manuscrite « lu et accepté »)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REpubLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
جامعة غليزان  
UNIVERSITE DE RELIZANE  
كلية العلوم والتكنولوجيا  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

DECLARATION DE CANDIDATURE



1/Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : .....

2/Objet du marché public : .....

3/Objet de la candidature :

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non ou  Oui

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: .....

4/ Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public : .....

....., agissant :

En son nom et pour son compte.

Au nom et pour le compte de la société qu'il représente.

4-1/  candidat ou soumissionnaire seul :

Dénomination de la société : .....

Adresse de la société : .....

Forme juridique de la société : .....

Montant du capital social : .....

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : .....

4-2/  Candidat ou soumissionnaire groupement momentané d'entreprises :

Le groupement est  Conjoint ou  Solidaire

Nombre de membres dans le groupement (en chiffres et en lettres) : .....

Nom du groupement : .....

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre à chaque membre) :

1- Dénomination de la société : .....

Adresse du siège social : .....

Forme juridique de la société : .....

Montant du capitale social : .....

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile):.....


La société est mandataire du groupement  Non ou  Oui

Les membres du groupement :

Signent individuellement l'offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement.

Donnent mandat à un membre du groupement, désigné en qualité de mandataire, conformément au contrat de groupement qui accompagne l'offre, pour signer, en leur nom et pour leur compte, l'offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement;

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :.....



5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics :

- Pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu'il s'est désisté de l'exécution d'un marché public ;  
- Du fait qu'il soit en état de faillite, de liquidation de cessation d'activité ou qu'il fait l'objet d'une procédure relative à l'une de ces situations ;

- Pour avoir fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ;

- Pour avoir fait une fausse déclaration ;

- Du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;

- Du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics

- Du fait qu'il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;

- Pour avoir fait l'objet d'une condamnation par la justice pour infraction grave à la législation du travail ;

- Du fait qu'il n'a pas honoré son engagement d'investir ;

- Du fait qu'il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l'organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;

- Pour n'avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

Non ou  Oui

Dans la négative (à préciser) :.....

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il:

-N'est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé à poursuivre son activité.

-Est inscrit au registre de commerce ou au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art ou détenir la carte professionnelle d'artisan, en relation avec l'objet du marché public, sous le n°..... du ....., délivré par .....

-détient le numéro d'identification fiscale suivant :....., délivré par ..... le ....., pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'existe pas des privilèges, des nantissements des gages et/ou des hypothèques inscrits à l'encontre de l'entreprise.

Non ou  Oui

Dans l'affirmative : (préciser la nature de ces privilège, nantissements, gages et/ou hypothèques et joindre à la présente déclaration copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente).

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n'a pas été condamnée en application de l'ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent:

Non ou  Oui

Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision).....

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare avoir les capacités nécessaires à l'exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) :

- .....;
- .....;
- .....;
- .....;
- .....;
- .....;
- .....;
- .....;

Le candidat ou soumissionnaire déclare que :

- La société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisée à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non ou  Oui

Dans l'affirmative : (indiquer l'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date à expiration) .....

- La société a réalisé pendant..... (Indiquer la période considérée) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en chiffre, en lettres et en hors taxes) :

.....  
 dont .....% sont en relation avec l'objet du marché public ou du lot (barrer la mention inutile).

-Le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans son offre un sous-traitant :

Non ou  Oui

Dans l'affirmative remplir le formulaire joint en annexe V du présent arrêté.

6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom, prénom, qualité du signataire	Lieu et date de signature	Signature
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

N.B:

-Cocher les cases correspondant à votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

-En cas de groupement, une déclaration suffit pour le groupement

-En cas d'allotissement chaque lot doit faire l'objet d'une déclaration

-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIC ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
جامعة غليزان  
UNIVERSITE DE RELIZANE  
كلية العلوم والتكنولوجيا  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE



**LETTRE DE SOUMISSION**

1/Identification du service contractant : .....  
Désignation du service contractant : .....  
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : .....

2/Présentation du soumissionnaire : .....  
Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seul.

Dénomination de la société:.....

Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises :

Conjoint ou  Solidaire

Dénomination de chaque société :

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

Dénomination du groupement :

.....  
.....

3/Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public: .....

Wilaya (s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public:.....

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non ou  Oui

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: .....

.....

4/Engagement du soumissionnaire :

Le signataire

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

Dénomination de la société:.....

Adresse du siège social :.....

Forme juridique de la société :.....

Montant du capital social :.....

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile): .....

.....  
.....  
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....



Engage la société, sur la base de son offre ;

Dénomination de la société: .....

Adresse du siège social : .....

Forme juridique de la société : .....

Montant du capital social: .....

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser)  
(barrer la mention inutile):.....

.....  
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre à chaque membre) :

1/Dénomination de la société:.....

Adresse du siège social : .....

Forme juridique de la société : .....

Montant du capital social : .....

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser)  
(barrer la mention inutile):.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....

.....  
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter :

-Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marche.

-Je sou mets et m'engage envers..... (indiquer le nom du service contractant) à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de :.....

.....  
(Indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes).

Imputation budgétaire : .....

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire n°..... auprès :.....

Adresse:.....

5/Signature de J'offre par le soumissionnaire :

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance N° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.



Nom, prénom et qualité du signataire	Lieu et date de signature	Signature
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6/Décision du service contractant :

La présente offre est.....

**Fait à ....., le.....**

**Signature du représentant du service contractant :**

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, remplir une seule déclaration
- En cas d'allotissement chaque lot doit faire l'objet d'une déclaration.
- Pour chaque variante remplir une déclaration.
- Pour les prix en option remplir une déclaration à part.
- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
جامعة غليزان  
UNIVERSITE DE RELIZANE  
كلية العلوم والتكنولوجيا  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

DECLARATION A SOUSCRIRE



1/Identification du service contractant : .....

Désignation du service contractant : .....

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public: .....

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seul.

Dénomination de la société: .....

Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises : Conjoint  Solidaire

Dénomination de chaque société membre du groupement :

1/ .....

2/ .....

3/ .....

.. / .....

Dénomination de groupement : .....

Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : .....

3/Objet de la déclaration à souscrire :

Objet du marché public: .....

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public : .....

La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non  Oui

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: .....

Offre de base

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants)  : .....

Prix en option(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants)


4/Engagement du soumissionnaire :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le cahier des charges, et conformément à leurs clauses et stipulations,

Le signataire

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte  ;

Dénomination de la société:.....  
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères :.....



Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....

Engage la société, sur la base de son offre ;

Dénomination de la société:.....  
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public :.....

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement :

Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre à chaque membre) :

1/Dénomination de la société:.....  
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public :.....

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :

Désignation des membres	Nature des prestations
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

A livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre de soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres) ....., à compter de la date d'entrée en vigueur du Marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.


5/Signature du soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont

exacts.

Nom, prénom et qualité du signataire	Lieu et date de signature	Signature
..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....



6/décision du service contractant : .....

La présente offre est .....

**Fait à ....., le .....**

**Signature du représentant du service contractant :**

**N.B :**

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.
- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.
- Pour chaque variante présenter une déclaration.
- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.
- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l'entreprise individuelle.

DÉCLARATION DE PROBITÉ



**1/Identification du service contractant :**

Désignation du service contractant : .....

**2/Objet du marché public:** .....

**3/Présentation du candidat ou soumissionnaire :**

-Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public : .....

....., agissant :

En son nom et pour son compte.

Au nom et pour le compte de la société qu'il représente,

Dénomination de la société : .....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères: .....

Forme juridique de la société : .....

**4/Déclaration du candidat ou soumissionnaire :**

Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics

Oui  Non

Dans l'affirmative :(préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement).....

M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la passation, de l'exécution ou de contrôle d'un marché public ou d'un avenant..

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant pendant ou après la procédure de passation d'un marché public ou d'un avenant, sans préjudice des poursuites

judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d'annuler le marché public ou l'avenant concerné et d'inscrire l'entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés public.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.



**Fait à.....le.....**

**Signature du candidat ou soumissionnaire**

**(Nom. qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)**

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.
- En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.
- En cas d allotissement, une déclaration suffit pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s) doit (Vent) être mentionné(s) dans la rubrique n ? 2 de la présente déclaration.
- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLICQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
جامعة غليزان

UNIVERSITE DE RELIZANE  
كلية العلوم والتكنولوجيا  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

مذكرة تقنية تبريرية

MEMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIVE



1. Dénomination de la société ou l'entreprise:.....
2. Forme juridique de la société ou l'entreprise:.....
3. Intitule de l'opération:.....  
.....(réalisation, acquisition, étude...)
4. Adresse du : .....
5. Numéro de registre commerce:.....délivré le.....
6. Nom et prénom de représentant de la société.....date  
de naissance .....
7. lieu de naissance.....nationalité.....
8. 1.Le registre commerce:.....  
2. acte de propriété :.....  
3. acte de location:.....duré de l'acte:.....date de début de l'acte  
.....

**1. Les moyens Matériels :**

<u>N</u>	<u>Les moyens</u>	<u>type</u>	<u>Numéro de sérié</u>
01			
02			
03			
04			
05			
06			

1.1. Les autres moyens matériels disponibles pour l'acquisition : .....

**2. Les moyens humains :**

<u>N</u>	<u>Nom et prénom</u>	<u>Date et lieu de naissance</u>	<u>Le diplôme</u>	<u>Date de recrutement</u>	<u>La fonction</u>
01					
02					
03					
04					
05					

2.1. Les autres moyens humains disponibles pour l'acquisition : .....

3. **Les références professionnelles** : Citer les projets réalisés pendant 03 dernières années

<b>N</b>	<b>Numéro de l'opération</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
01			
02			
03			
04			
05			



4. Les délais de livraison

Durée d'exécution en chiffre:.....

Durée d'exécution en lettre :.....

Explication détaillé de l'opération :

.....  
.....  
.....

5. Le montant :

Montant de l'opération en chiffre:.....

Montant de l'opération en lettre: .....

.....  
.....

**Fait à.....le.....**

**Le soumissionnaire**

**(Nom. qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)**



- Article 01 : Objet du contrat
- Article 02 : Mode de passation de la convention
- Article 03 : Pièces contractuelles
- Article 04 : Définition des prix
- Article 05 : Montant du contrat
- Article 06 : Domiciliation bancaire du cocontractant
- Article 07 : Délai de livraison, installation et mise en service
- Article 08 : Etablissement de la commande
- Article 09 : Prescription générales
- Article 10 : Conditions de livraisons
- Article 11 : Vérification de la qualité et réception des équipements
- Article 12 : Cas de force majeure
- Article 13 : Délai de garantie
- Article 14 : Responsabilité du cocontractant
- Article 15 : Délai de constatation, de mandatement et intérêts moratoires
- Article 16 : Retard de livraison et pénalités de retard
- Article 17 : Droits de timbre et d'enregistrement.
- Article 18 : Dénombrement
- Article 19 : Service après-vente
- Article 20 : Protection de l'environnement
- Article 21 : Documentation technique
- Article 22 : Pièces de rechange
- Article 23 : communication des renseignements
- Article 24 : Constatation du « service fait»
- Article 25 : Clauses de principes

**OBJET : « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».**

- LOT N° 01 : Mobilier.
- LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.
- LOT N° 03 : Equipement



La présente convention est conclu entre :

Le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifiques représenté par Monsieur le Doyen de la faculté des sciences et de la technologie de l'université de Relizane, désigné ci-après par l'expression "LE CONTRACTANT",

Et

L'entreprise :.....représentée par son directeur (gérant)  
....., dont le siège est au ....., désigné  
dans le présent contrat par le terme : LE PARTENAIRE CO-CONTRACTANT d'autre part,

N° du registre commerce : .....

Numéro d'identification fiscale : .....

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

## Article 01 : Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet : « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques ».

- LOT N° 01 : Mobilier.
- LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.
- LOT N° 03 : Equipement

Au titre de l'année budgétaire 2024

## Article 02 : Mode de passation de la convention

Le présent convention est conclu après la consultation en vertu des dispositions des articles 13 et 14 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et les articles 18/19 du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

## Article 03 : Pièces contractuelles

- La lettre de soumission,
- La déclaration à souscrire,
- La déclaration de candidature,
- La déclaration de probité,
- Le cahier des prescriptions spéciales,
- Le cahier des prescriptions techniques et communes,
- Le bordereau des prix unitaires,
- Le détail quantitatif et estimatif.

En cas de contradiction entre elles, les pièces contractuelles prévalent les unes sur les autres dans l'ordre suivant:

- La lettre de soumission,
- La déclaration de candidature,
- Déclaration à souscrire,
- Cahier des prescriptions spéciales,
- Le cahier des prescriptions techniques et communes,
- Bordereau des prix unitaires,
- Le détail quantitatif et estimatif.

## Article 04 : Définition des prix

Les prix définis par le bordereau des prix unitaires sont en hors taxe et comprennent toutes les charges, sujétions et frais nécessaires à la bonne exécution de la prestation.

## Article 05 : Montant du contrat

Le montant du présent contrat est arrêté comme suit :

- Montant en H.T = .....

- Montant en T.T.C = .....

- En lettre TTC : .....

## Article 06: Domiciliation bancaire du cocontractant

Pour la facturation la domiciliation bancaire de l'entreprise est ouvert au nom de :

Au nom de : .....

RIB N° : .....

Auprès de : .....

Adresse : .....

## Article 07 : Délai de livraison, installation et mise en service

Le fournisseur s'engage à livrer les équipements dans un délai de :

(En chiffres)..... (jours)

(En lettres)..... (jours)

Après approbation du contrat par les autorités compétentes et notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du présent contrat.

## Article 08 : Etablissement de la commande

L'ordre de service sera délivré par le service contractant après l'entrée en vigueur du contrat.

## Article 09 : Prescription générales

Tous les équipements commandés dans le présent contrat doivent être conforme aux descriptifs techniques joints en annexe.

## Article 10 : Conditions de livraisons

Le cocontractant livrera les équipements sur le site de faculté des sciences et de la technologie de l'université de Relizane qui est tenu d'assurer la manutention pour le déchargement et la mise en place des équipements.

## Article 11 : Vérification de la qualité et réception des équipements

Le cocontractant devra sous sa responsabilité faire connaître en temps utile au moment de la livraison et avant que les équipements ne soient emmagasinés les quantités et les qualités qui ne pourraient pas être constatés ultérieurement.



Les attachements des équipements devront être établis contradictoirement par le cocontractant et le service contractant avant de déclarer la réception provisoire.

### Article 12 : Cas de force majeure

Aucune des parties ne sera réputée faillir à ses obligations contractuelles dans la mesure où l'exécution de celles-ci serait retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure.

Ne peuvent être considérés comme cas de force majeure que les événements échappant à la volonté des parties et présentant un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable.

Le cocontractant sera exonéré de ses obligations sous réserve qu'il informe par écrit le service contractant du cas de force majeure dans un délai de sept ( 07 ) jours à compter de l'acte de l'événement. En tout état de cause, en cas de force majeure, Il sera fait application de l'article 14 du C.C.A.G approuvé par arrêté du 21 novembre 1964.

### Article 13 : Délai de garantie

Le cocontractant garantit que les équipements livrés sont neufs et exempts de tous vices de conception, de fabrication ou de montage. Le cocontractant doit obligatoirement fournir les délais de garantie, et ce à compter de la date de signature de la réception provisoire.

Jusqu'à l'expiration du délai de garantie, le cocontractant reste tenu d'exécuter toute réparation, mise au point ou réglage reconnu nécessaire pour satisfaire aux conditions du présent contrat. Il devra également remplacer toute partie reconnue défectueuse.

Toutes les interventions et réparations incombant au cocontractant pendant le délai de garantie doivent être exécutés dans un délai de en chiffre : ..... jours et en lettres : .....

.....jours, et n'excédant en cas un (01) mois.

### Article 14 : Responsabilité du cocontractant

Le cocontractant garantit la conformité des équipements aux spécifications et normes contractuelles, aux échantillons de référence fournis. Il s'engage, en cas de non-conformité, à prendre en charge les coûts de remplacement.

En outre, le cocontractant répondra de toute mauvaise qualité ou vice caché, en assumera toutes les responsabilités et prendra en charge tous les frais et toutes conséquences en découlant.

### Article 15: Délai de constatation, de mandatement et intérêts moratoires

Délai de constatation : Conformément aux dispositions de les article 121/122 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et délégation de service public, et l'article 80 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement de 15 jours. Ce délai court à partir de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires

Délai de mandatement : il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours à compter de la réception de la situation ou de la facture.

Intérêts moratoires: A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalité au bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés par application de la formule suivante :

Montant de la situation déposée x T.I.D.B.A x N  
I.M =

12 x 30

Où : I.M : Intérêts moratoires

T.I.D.B.A :Taux d'intérêt directeur de la banque d'Algérie augmenté d'un (1) point

N :Nombre de jours de retard dans le paiement de la situation

### Article 16 : Retard de livraison et pénalités de retard

Les retards ouvrent droit au paiement d'une pénalité de retard sous forme de retenue sur la valeur des fournitures sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.

Cette retenue sera effectuée sur le premier paiement à venir après constatation du retard, ou à défaut sur le montant de la caution de garantie

Le montant de la pénalité est déterminé par la formule suivante :

$$P = \frac{M \times N}{10 * D}$$

P : Montant de la pénalité

M : Montant du contrat

N : Nombre de jours de retard

D : Délai d'exécution exprimé en jours

Le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra être supérieur à dix pour cent (10%) du montant du contrat augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Par ailleurs suivant les dispositions de l'article 147 du décret présidentiel n°15-247 du 16Septembre2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, et l'article 84 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le cocontractant est dispensé de l'application des pénalités de retard dans le cas où le retard relève de la responsabilité du service contractant.

### Article 17 : Droits de timbre et d'enregistrement.

Le présent contrat est dispensé de timbre et d'enregistrement par application de l'ordonnance n° 76-103 du 09 décembre 1976, portant code des timbres.

### **Article 18 : Dénombrement**

Une fois sur site, les équipements fournis resteront stockés jusqu'à l'arrivée des représentants de l'entreprise Cocontractante, où il sera procédé à l'ouverture des emballages afin de procéder au dénombrement des équipements (ou tout manque, cassure ou détérioration de ces derniers sera à la charge du Cocontractant et sera cautionné dans un procès-verbal dit de dénombrement).

Après cette opération, le Cocontractant est tenu de procéder à l'installation et la mise en service de ces équipements afin d'établir le procès-verbal de réception provisoire.

### **Article 19 : Service après-vente**

Le Cocontractant s'engage pendant et après la période de garantie à mettre à la disposition du service contractant, le personnel technique à chaque fois que le besoin s'en fera sentir.

Le Cocontractant s'engage à assurer l'approvisionnement en pièces de rechange et accessoires des équipements fournis pendant une durée de .....Au-delà de la période de garantie. Autres services éventuels assurés (à préciser) .....

### **Article 20 : Protection de l'environnement**

Conformément aux dispositions de l'article 95 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, et l'article 07 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ;le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires quant aux clauses relatives à la protection de l'environnement

### **Article 21 : Documentation technique**

Le Cocontractant est tenu de livrer en même temps que les fournitures et pour chaque unité, une notice d'utilisation et d'entretien rédigée en langue arabe et /ou française (ou à défaut en langue anglaise), ainsi qu'un catalogue de pièces de rechange. Par ailleurs, la livraison de fiches de travaux pratiques didactiques types utilisant les équipements fournis est fortement souhaitée, en cas de disponibilité (cette recommandation est valable pour tous les lots).

### **Article 22 : Pièces de rechange**

Durant la période de garantie, le Cocontractant s'engage à fournir gratuitement, les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement normal des équipements.

Au-delà de la période couverte par la garantie contractuelle, le Cocontractant s'engage à livrer les pièces de rechange à l'administration.

### **Article 23 : communication des renseignements**

Le titulaire du contrat est tenu de communiquer tout renseignement ou document permettant de contrôler les couts de revient des prestations objets du contrat et/ou des avenants dans les conditions fixés dans l'article 107 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015,et l'article 79 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Des sanctions encourues par l'attributaire du contrat qui refuse de communiquer les renseignements ou les documents.

### **Article 24 : Constatation du « service fait»**

Le visa du service fait sera apposé par le service contractant avec mention du numéro d'inventaire sur la facture. Les factures seront produites en six (06) exemplaires par le cocontractant et déposées au niveau du service contractant.

### **Article 25 : Clauses de principes**

Tout article contredit et mentionné dans ce contrat par apport aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, et la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics portant la réglementation des marchés publics et des délégations de service public sera annulé.

**Le Soumissionnaire**  
**(Cachet, Griffe et Signature)**  
**(La mention manuscrite « lu et accepté »)**

## CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES



Article 01 : Prestations supplémentaires

Article 02 : Avenant

Article 03 : Sous-traitance

Article 04 : Obligation du cocontractant

Article 05 : Paiement des prestations

Article 06 : Nantissement

Article 07 : Election domicile du cocontractant

Article 08 : Domiciliation bancaire du cocontractant

Article 09 : Résiliation et résiliation partielle


Article 10 : Règlement des litiges.

Article 11 : Durée de validité de l'offre

Article 12 : Actualisation des prix

Article 13 : Révision des prix

Article 14 : Textes généraux



**Article 01 Prestations supplémentaires :** Le cocontractant ne doit en aucun cas entreprendre sans l'accord préalable du service contractant. L'exécution de prestations supplémentaires ou non prévues dans le contrat. Ces prestations doivent dans tous les cas d'espèces faire l'objet d'un ordre de service et d'un avenant.

**Article 02 Avenant :** Le service contractant peut recourir à la conclusion d'avenants au présent contrat si des modifications dans la mise en œuvre des prestations interviennent par rapport aux prévisions initiales, Conformément :

- Les articles 135à139 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- L'article 81 du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics

**Article 03 Sous-traitance :** Il n'est pas prévu de sous-traitance dans le présent contrat.

**Article 04 Obligation du cocontractant :** Le cocontractant est responsable de la totalité des prestations, qui doivent répondre aux règles de l'art et aux normes conformément à la réglementation.

**Article 05 Paiement des prestations :** Le paiement des prestations s'effectuera par acomptes sur présentation des factures des prestations réalisées, munies des visa service fait » et du numéro d'inventaire, accompagnées des bons de livraisons.

**Article 06 Nantissement :** En vue du nantissement éventuel dans les législations en vigueur des marchés publics reconduites par l'article 145 du décret présidentiel n°15-247 du 16Septembre2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, et L'article 85 du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. Sont désignés :

- Comptable chargé du paiement : l'agent comptable de la faculté des sciences et de la technologie-Université de Relizane
- Fonctionnaire chargé de fournir les renseignements : Le doyen de la faculté des sciences et de la technologie -université de Relizane.

**Article 07 Election domicile du cocontractant :** Pour l'exécution de son contrat, le cocontractant fait élection de son domicile à l'adresse suivante.....

**Article 08 Domiciliation bancaire du cocontractant :** Pour la facturation la domiciliation bancaire de l'entreprise est ouvert au nom de :.....

Au nom de :.....

RIB N° : .....

Auprès de :.....

Adresse :.....

**Article 09 Résiliation et résiliation partielle :** Lecontrat peut être résilié dans les conditions fixées au cahier des clauses administratives générales.

- Approuvé le 21 novembre 1964 et des dispositions des articles 149, 150, 151 et 152 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, et L'article 92 du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

- Non-conformité avec les dispositions du contrat
- Inexécution des Ordres des services.
- Sous-traitance sans autorisation
- Malfaçons importantes
- Ajournement plus d'un mois des équipements
- Décès du fournisseur.
- Ralentissement de livraison des équipements
- Variation des équipements plus de 50 %
- Abandon du site.

La résiliation est précédée d'une mise en demeure avec un délai déterminé. Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure, le Maître de l'ouvrage peut unilatéralement procéder à la résiliation du contrat.

Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du contrat lors de la mise en œuvre par ses soins des clauses contractuelles de garantie et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son cocontractant.

**Article 10 : Règlement des litiges :** Avant toute action en justice dont le lieu d'arbitrage est le tribunal administratif de Relizane. et conformément à l'article 153 du décret présidentiel n°15-247 du 16Septembre2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, Les articles 87 à 89 du la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; le service contractant doit rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l'exécution du contrat chaque fois que cette solution permet :

- de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
- d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du contrat ;
- d'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas de désaccord, le litige est soumis à l'examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions de l'article 154 du décret cité ci-dessus

**Article 11 : Durée de validité de l'offre :** La durée de validité de l'offre est égale à la durée de préparation des offres, augmentées de 03 mois.

**Article 12 Actualisation des prix :** Les prix sont fermes et non actualisables.

**Article 13 Révision des prix :** Les prix ne sont pas révisibles.

**Article 14 Textes généraux :**



- Le cocontractant est soumis :
- La loi 90/11 du 21/04/1990, modifié et complété, relative aux relations de travail ;
- La loi 10/21 relative à la comptabilité publique.
- La loi 90/22 du 18/08/1990, modifié et complété relative au registre du commerce ;
- L'ordonnance 95/07 du 25/01/1995, modifié et complété, relative aux assurances ;
- L'ordonnance 95/20 du 17/07/1995, relative à la cour des comptes ;
- L'ordonnance 96/01 du 10/01/1996, fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers ;
- L'ordonnance 96/31, du 30/12/1996, portant la loi des finances pour 1997, notamment son article 62 ;
- La loi 98/11 du 22/08/1998, portant la loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998/2002 ;
- La loi 99/05 du 04/04/1999, portant la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
- L'ordonnance 03/03 du 19/07/2003, modifié et complété, relative à la concurrence ;
- La loi 03/10 du 19/07/2003, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- La loi 04/02 du 23/06/2004, modifié et complété, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
- La loi 04/08 du 14/08/2004, modifié et complété, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- La loi 04/19 du 25/12/2004, relative aux placements des travailleurs et au contrôle de l'emploi ;
- La loi 05/16, du 31/12/2005, portant la loi de finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42 ;
- La loi 06/01, du 20/02/2006, complété relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
- La loi 08/09 du 25/02/2008, portant code des procédures civile et administrative ;
- L'ordonnance 09/01 du 22/07/2009, portant la loi des finances complémentaire pour 2010 ;
- Décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public ;
- Loi N°23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
- Le décret 84/116, portant création du bulletin officiel des marchés de l'opérateur publics ;
- Le décret exécutif 91/314, relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ;
- Le décret exécutif 92/19, du 09/01/1992, modifié et complété, fixant la procédure de paiement par crédits des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements à caractère administratifs ;
- Le décret exécutif 92/414 du 14/11/1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ;
- Le décret exécutif 93/46 du 06/02/1993, fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non-valeur ;
- Le décret exécutif 95/54 du 15/02/1995, fixant les attributions du ministre des finances ;
- Le décret exécutif 98/67 du 21/02/1998, portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (CGMP)
- Le décret exécutif 98/227 du 13/07/1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat
- Décret exécutif N°05-468, fixant les modalités d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.
- Le cahier des clauses administratives générales du 21/11/1964
- Article 15 : Entrée en vigueur du contrat.
- Le présent contrat entrera en vigueur dès son approbation par le contrôleur financier (organe financier compétent), sa signature par les deux parties et sa notification au cocontractant par ordre de service de commencement des travaux, délivré par le service contractant.

**Le Soumissionnaire**  
**(Cachet, Griffe et Signature)**  
**(La mention manuscrite « lu et accepté »)**

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**



**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
UNIVERSITE RELIZANE  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE



**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**OPERATION: « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».**  
**- LOT N° 01 : Mobilier**

Art	Désignation	Prix Unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
01	bureau 1m 60 en melamine avec retour locale		
02	Armoire de Bureau métallique 90 x 40 x 180 cm avec Serrure Rangement Bureau avec 5 Compartiments pour Classeur Rangement Documents		
03	Fauteuil de bureau SEMI CUIRE 07 PLACE		
04	Fauteuil de bureau SEMI CUIRE 05 PLACE		
05	Table basse moderne vitrier 120 *55*40cm		
06	Chaise :tc k02 visiteur		
07	chaise opérateur roulant en tissu de laboratoire		
08	Climatiseur 24 BTU inverter Réversible (Froid & Chaud) Eco Inverter Filtre HD Engine Protect (165-265 Volt) - Réversible Chaud/Froid - Modèle Inverter - Modèle Tropical jusqu'à 55° - Classe Énergétique 'A' - Engine Protect (165-265 Volt) - Afficheur Dissimulé - Option " Suivez-moi" - Redémarrage Automatique - Mode Sommeil Confortable - Mode turbo - Filtre HD - Gaz R410a		
09	Tableau Blanc Avec 2 volets 1m*4m de haute qualité		
10	Armoire de sécurité produits chimiques -Armoire basique acides/bases (acier revêtu, serrure)		
11	Tableau blanc magnétique 120x200 cm avec kit marqueurs et aimants		

Fait à : relizane

Le : .....

Le soumissionnaire



**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**OPERATION; « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».**

**- LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.**

Art	Désignation	Prix Unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
01	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,08mm		
02	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,16mm		
03	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,315mm		
04	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,5mm		
05	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 5mm		
06	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 10mm		
07	Moules : en plastique fabrication en plastique rigide, résistant à l'usure et aux chocs, de type monobloc. Idéal pour utilisation chantier, l'éprouvette est éjectée du moule à l'air comprimé; Cube de 10cm en plastique		
08	Serrure électronique intelligente X5TUYA		
09	<b>Panneau HMI pour automate</b> Plus logiciel TIA portal Siemens. SIMATIC Basic Panel Siemens KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0. Logiciel TIA portal Siemens version récente		
10	Alimentation variable de laboratoire MCP, 10M-QS3010 30V 10A une sortie		
11	Générateur de fonction arbitraire. UTG932E 30MHZ		
12	Automate + grand écran HMI PACK 2 : TM221CE40R + HMIGXU5512		
13	Variateur de vitesse ATV310- 5.5 kW - 7.5 hp - 380...460 V - 3 phase		
14	Les alimentations alternatives (AC) stabilisées variables de 0 à 250V (typetransformateur variable Variacs (0-250V AC) Type d'appareil : Variac / Autotransformateur monophasé variable. Plage de tension : Entrée 220V AC, Sortie réglable 0-250V AC (ou 0-300V). Puissance courante : 500VA (2A), 1KVA, 2KVA (8A), jusqu'à 5KVA ou plus. Utilisation : Laboratoires		
15	<b>HOTTE CHIMIQUE SORBONNE DE LABORATOIRE 1500 L×P×H : 1456 × 855 × 2465 MM</b> ASSURENT UNE PROTECTION EFFICACE LORS DES MANIPULATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES. CONÇUES AVEC UNE STRUCTURE MODULAIRE EN ACIER À TRAITEMENT ANTICORROSION, ELLES OFFRENT UNE GRANDE ROBUSTESSE, UNE EXCELLENTE STABILITÉ ET UNE LONGUE DURÉE DE VIE.  LA STRUCTURE ET LE PLAN DE TRAVAIL SONT EN TOLE GALVANISÉ, GARANTISSANT RÉSISTANCE ET VISIBILITÉ. LE VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE EN OPTION PERMET UNE EXTRACTION OPTIMALE, ET L'ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ (1000 À 1200 LUMENS) OFFRE UNE LUMINOSITÉ HOMOGENÈME SUR LE PLAN DE TRAVAIL. CONFORMES AUX NORMES EN 14175 ET ISO 9001, LES HOTTES TM LAB QUALITÉ GARANTISSENT SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET CONFORT D'UTILISATION, TOUT EN OFFRANT UN DESIGN ERGONOMIQUE ET UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ, IDÉAL POUR TOUT ENVIRONNEMENT DE LABORATOIRE. Dimensions extérieurs (L*P*H): 1456 × 855 × 2465 Dimensions intérieurs (L*P*H): 1296 × 670 × 1035 Porte: P. Coulissant en verre trempé Plan de travail : Résine Turbine d'aspiration m3/h: 1100		



16	<p><b>Fourniture, installation et mise en service d'un analyseur numérique des matériaux destiné à la simulation avancée des propriétés physico-chimiques des solides.</b>          - Système intégré dédié à la modélisation et à l'analyse des propriétés électroniques des matériaux cristallins          - Basé sur des approches théoriques avancées telles que Density Functional Theory          - Implémentation requise de méthodes all-electron de haute précision de type Full-Potential Linearized          - Augmented Plane Wave ou équivalent          - Capacité de calcul des structures de bandes, densité d'états (DOS) et distribution de charge          - Prise en charge des effets relativistes, y compris le couplage spin-orbite          - Architecture optimisée pour calcul scientifique intensif et traitement parallèle          - Environnement opérationnel entièrement configuré et validé pour usage en recherche avancée          Fourniture d'une solution complète incluant installation, validation, formation et support technique</p>		
17	<p><b>Agitateur magnétique 6 postes</b>          - Agitateur magnétique multi-postes ≥ 6 positions, contrôle indépendant et synchronisé avec affichage digital haute résolution          - Plage 50-1500 rpm minimum, précision ±1% max, stabilité ≤ ±1% sous charge nominale pendant 2h (test exigé)          - Moteur brushless DC, durée de vie ≥ 10 000 h certifiée, niveau sonore ≤ 50 dB (preuve technique requise)          - Capacité ≥ 1000mL/poste, uniformité entre postes ≤ ±5%, plateau inox résistant solvants (justification exigée)          - Fonctions obligatoires : soft start, minuterie ≥ 24h, mémoire des paramètres, verrouillage clavier          - Conformité CE + IEC, indice IP ≥ 42, fabricant certifié ISO 9001 (certificats à fournir)          - Fournir : fiche technique fabricant, manuel, références clients + validation expérimentale (test continu 2h à 1000 rpm sans dérive)</p>		
18	<p><b>Étuve de Séchage Sous Vide</b>          - étuve sous vide, capacité ≥ 24 L, plage RT +10°C → 300°C, régulation PID numérique          - Précision température ±1°C, uniformité ≤ ±1% à charge nominale, test stabilité obligatoire          - Vide &lt; 133 Pa, jaugé avec précision, possibilité atmosphère contrôlée (gaz inerte)          - Chambre inox, isolation laine silicate, étanchéité garantie, matériaux résistants aux solvants          - Fonctions : minuterie ≥ 9999 min, mémoire paramètres, arrêt automatique, sécurité surchauffe          - Conformité CE + IEC, indices IP ≥ 42, fabricant certifié ISO 9001, documentation complète          - Fournir : fiche technique, manuel, certificats CE, validation expérimentale (température + vide sous charge)</p>		
19	<p><b>Multimètre digital LCR</b>          Multimètre numérique dédié à la mesure de résistance, capacité et inductance (LCR)          Affichage LCD ≥ 3½ digits (1999 counts) avec conversion A/D double intégration          Gammes :          Résistance : 200 Ω à 20 MΩ          Capacité : 200 pF à 2000 µF          Inductance : 200 µH à 20 H          Précision : ≤ ±0.8 % (R), ≤ ±2.5 % (C/L)          Taux d'échantillonnage ≥ 3 mesures/s avec fonction Data Hold et arrêt automatique          Fonction zéro pour compensation des mesures capacitifs          Alimentation par batterie 9V avec indicateur de batterie faible          Livré avec cordons, pinces crocodiles, certificat de conformité et garantie ≥ 12 mois</p>		
20	Prolongateur multiprises		
21	Barreaux magnétiques pour agitateur		
22	Pissette de laboratoire en plastique		
23	Boite pétrie en verre 90 mm		
24	Boite pétrie en plastique 90 mm		
25	Porte pour pipette verticale en plastique		
26	Papier filtre 110mm		
27	Papier filtre 120mm		
28	Papier filtre standard		
29	Lame porte objet (microscope slides) boite de 50		
30	Spatule en inox et en plastique		
31	Support métallique a tige 250x160mm		



**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE RELIZANE

FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**OPERATION; « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques »  
- LOT N° 03 : Equipement**



Art	Désignation	Prix Unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
01	Paillasse de laboratoire (centrale) Surface époxy résistante aux acides, H=90 cm, L=2-3 m		
02	Malaxeur type bétonnière Léger, mais robuste, capacité cuve 130 litres, capacité utile 96 litres capacité utile. Adapté à une utilisation sur site pour la préparation de béton de résistance faible/moyenne. Capacité 115 l 220V, 50Hz, 1ph Puissance: 370 W Dimensions: 600 x 1400 x 130 mm (pxlxh) Poids: 50 kg.		
03	Micro-ondes 800-900W, 20-25L, marque standard		
04	Imprimante laser de marque noir et blanche, format a4, resolution 600*600 qualite dimpression jusqu'a 2400*600ppp, vitesse dimpression 18 ppm, chargeur de support 150 feuilles min capacite bac de sortie 100 feuilles min		
05	Machine à Cafe - 19 Bar - Capsule Compatible Nespresso/Cafe Poudre - Rpa-Ccmf 0,7-1450 R		
06	<b>Armoire de sécurité multirisque 02 porte vitré</b> <b>Dimension externe (LxPxH): 1200x652x2200</b> • CORPS EN TÔLE D'ACIER PEINT ENTIEREMENT SOUDÉ • PIEDS DE POSITIONNEMENT POUR COMPENSER LES ASPÉRITÉS DU SOL • PEINTURE ÉPOXY • MODÈLES LARGEUR 595 MM : 1 PORTE BATTANTE DOUBLE PAROI, CHARNIÈRE À GAUCHE, CHARNIÈRE À DROITE SUR DEMANDE • MODÈLES LARGEUR 1190 : 2 PORTES BATTANTES DOUBLE PAROI • SERRURE • PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE • VENTILATION NATURELLE PAR OUVERTURES D'AÉRATION DANS LA PARTIE INFÉRIEURE • RACCORD DE SORTIE Ø 125 MM EN PARTIE SUPÉRIEURE 2 • VENTILATION : 120 V/H : EXTRACTION DES VAPEURS VERS L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT, GAINÉ D'ÉVACUATION LONGUEUR MAX. 5 MÈTRES		
07	<b>Paillasse murale de laboratoire avec dossier et caisson mobile (résine)</b> RÉSINE (TRESPA) : PLAN DE TRAVAIL EN PANNEAU HPL MASSIF EN RÉSINE ARTIFICIELLE DURCIE, RENFORCÉE ET HOMOGENE, ÉPAISSEUR 16 MM., SURFACE MATTE NON RÉFLÉCHISSANTE, EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS MÉCANIQUES PIÈTEMENT MÉTALLIQUE EN FORME C, PROTÉGÉ PAR RÉSINE ÉPOXY CUITE AU FOUR, COULEUR AU CHOIX DU CLIENT 4 VÉRINS RÉGLABLES DE MISE À NIVEAU Dimension: 750 x 900 x 1500 mm		
08	<b>Armoire 02 portes vitrée pour laboratoire</b> Dimension : 1200*600*1930 mm Étagères de stockage des flacons en acier recouvert anti acide, réglable en hauteur ; Chaque étagère a une capacité de 75 Kg. Bac de fond en acier recouvert anti-acide (bac de rétention) ; - Système de ventilation intégré, Moteur avec turbine aspirateur d'une puissance selon modèle ; - Caisson aspirateur avec filtre à charbon actif à cartouche interchangeable (en option) ; - Deux portes battante vitré ou pleine selon choix ; - Fermeture de sécurité en deux points à clef conformément aux normes européennes ; - Alimentation : 220/230 volts. - Puissance électrique : 0,18 KW. - Équipée de 4 pieds réglables.		

Fait à :

Le : .....

Le soumissionnaire

# DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF



**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE RELIZANE

FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF****OPERATION: « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».****- LOT N° 01 : Mobilier**

Art	Désignation	Qua	Prix unitaire	Montant
01	bureau 1m 60 en melamine avec retour locale	4		
02	Armoire de Bureau métallique 90 x 40 x 180 cm avec Serrure Rangement Bureau avec 5 Compartiments pour Classeur Rangement Documents	4		
03	Fauteuil de bureau SEMI CUIRE 07 PLACE	1		
04	Fauteuil de bureau SEMI CUIRE 05 PLACE	1		
05	Table basse moderne vitrier 120 *55*40cm	2		
06	Chaise :tc k02 visiteur	10		
07	chaise opérateur roulant en tissu de laboratoire	6		
08	Climatiseur 24 BTU inverter Réversible (Froid & Chaud) Eco Inverter Filtre HD Engine Protect (165-265 Volt) - Réversible Chaud/Froid - Modèle Inverter - Modèle Tropical jusqu'à 55° - Classe Énergétique 'A' - Engine Protect (165-265 Volt) - Afficheur Dissimulé - Option " Suivez-moi" - Redémarrage Automatique - Mode Sommeil Confortable - Mode turbo - Filtre HD - Gaz R410a	1		
09	Tableau Blanc Avec 2 volets 1m*4m de haute qualité	3		
10	Armoire de sécurité produits chimiques -Armoire basique acides/bases (acier revêtu, serrure)	1		
11	Tableau blanc magnétique 120x200 cm avec kit marqueurs et aimants	1		
			<b>TOTAL HT</b>	
			<b>TVA 19%</b>	
			<b>TOTAL TTC</b>	

Arrêter le présent devis à la somme en TTC :

Fait à : relizane

Le : .....

Le soumissionnaire

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
UNIVERSITE RELIZANE  
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE



**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

**OPERATION; « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».**

**- LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.**

Art	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,08mm	1		
2	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,16mm	1		
3	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,315mm	1		
4	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,5mm	1		
5	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 5mm	1		
6	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 10mm	1		
7	Moules : en plastique fabrication en plastique rigide, résistant à l'usure et aux chocs, de type monobloc. Idéal pour utilisation chantier, l'éprouvette est éjectée du moule à l'air comprimé; Cube de 10cm en plastique	10		
8	Serrure électronique intelligente X5TUYA	2		
9	Panneau HMI pour automate Plus logiciel TIA portal Siemens. SIMATIC Basic Panel Siemens KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0. Logiciel TIA portal Siemens version récente	2		
10	Alimentation variable de laboratoire MCP, 10M-QS3010 30V 10A une sortie	2		
11	Générateur de fonction arbitraire. UTG932E 30MHZ	1		
12	Automate + grand écran HMI PACK 2 : TM221CE40R + HMIGXU5512	1		
13	Variateur de vitesse ATV310- 5.5 kW - 7.5 hp - 380...460 V - 3 phase	1		
14	Les alimentations alternatives (AC) stabilisées variables de 0 à 250V (typetransformateur variable Variacs (0-250V AC) Type d'appareil : Variac / Autotransformateur monophasé variable. Plage de tension : Entrée 220V AC, Sortie réglable 0-250V AC (ou 0-300V). Puissance courante : 500VA (2A), 1KVA, 2KVA (8A), jusqu'à 5KVA ou plus. Utilisation : Laboratoires	1		
15	<b>HOTTE CHIMIQUE SORBONNE DE LABORATOIRE 1500 L×P×H : 1456 × 855 × 2465 MM</b> ASSURENT UNE PROTECTION EFFICACE LORS DES MANIPULATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES. CONÇUES AVEC UNE STRUCTURE MODULAIRE EN ACIER À TRAITEMENT ANTICORROSION, ELLES OFFRENT UNE GRANDE ROBUSTESSE, UNE EXCELLENTE STABILITÉ ET UNE LONGUE DURÉE DE VIE.  LA STRUCTURE ET LE PLAN DE TRAVAIL SONT EN TOLE GALVANISÉ, GARANTISSANT RÉSISTANCE ET VISIBILITÉ. LE VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE EN OPTION PERMET UNE EXTRACTION OPTIMALE, ET L'ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ (1000 À 1200 LUMENS) OFFRE UNE LUMINOSITÉ HOMOGENE SUR LE PLAN DE TRAVAIL. CONFORMES AUX NORMES EN 14175 ET ISO 9001, LES HOTTES TM LAB QUALITÉ GARANTISSENT SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET CONFORT D'UTILISATION, TOUT EN OFFRANT UN DESIGN ERGONOMIQUE ET UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ, IDÉAL POUR TOUT ENVIRONNEMENT DE LABORATOIRE. Dimensions extérieurs (L*P*H): 1456 × 855 × 2465 Dimensions intérieurs (L*P*H): 1296 × 670 × 1035 Porte: P. Coulissant en verre trempé Plan de travail : Résine Turbine d'aspiration m3/h: 1100	1		
16	<b>Fourniture, installation et mise en service d'un analyseur numérique des matériaux destiné à la simulation avancée des propriétés physico-chimiques des solides.</b> - Système intégré dédié à la modélisation et à l'analyse des propriétés électroniques des matériaux cristallins - Basé sur des approches théoriques avancées telles que Density Functional Theory - Implémentation requise de méthodes all-electron de haute précision de type Full-Potential Linearized - Augmented Plane Wave ou équivalent - Capacité de calcul des structures de bandes, densité d'états (DOS) et distribution de charge - Prise en charge des effets relativistes, y compris le couplage spin-orbite - Architecture optimisée pour calcul scientifique intensif et traitement parallèle - Environnement opérationnel entièrement configuré et validé pour usage en recherche avancée Fourniture d'une solution complète incluant installation, validation, formation et support technique	1		



17	<p><b>Agitateur magnétique 6 postes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agitateur magnétique multi-postes <math>\geq 6</math> positions, contrôle indépendant et synchronisé avec affichage digital haute résolution</li> <li>- Plage 50–1500 rpm minimum, précision <math>\pm 1\%</math> max, stabilité <math>\leq \pm 1\%</math> sous charge nominale pendant 2h (test exigé)</li> <li>- Moteur brushless DC, durée de vie <math>\geq 10\,000</math> h certifiée, niveau sonore <math>\leq 50</math> dB (preuve technique requise)</li> <li>- Capacité <math>\geq 1000</math> mL/poste, uniformité entre postes <math>\leq \pm 5\%</math>, plateau inox résistant solvants (justification exigée)</li> <li>- Fonctions obligatoires : soft start, minuterie <math>\geq 24</math>h, mémoire des paramètres, verrouillage clavier</li> <li>- Conformité CE + IEC, indice IP <math>\geq 42</math>, fabricant certifié ISO 9001 (certificats à fournir)</li> <li>- Fournir : fiche technique fabricant, manuel, références clients + validation expérimentale (test continu 2h à 1000 rpm sans dérive)</li> </ul>		1		
18	<p><b>Étuve de Séchage Sous Vide</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- étuve sous vide, capacité <math>\geq 24</math> L, plage RT +10°C <math>\rightarrow</math> 300°C, régulation PID numérique</li> <li>- Précision température <math>\pm 1^\circ\text{C}</math>, uniformité <math>\leq \pm 1\%</math> à charge nominale, test stabilité obligatoire</li> <li>- Vide <math>&lt; 133</math> Pa, jaugé avec précision, possibilité atmosphère contrôlée (gaz inerte)</li> <li>- Chambre inox, isolation laine silicate, étanchéité garantie, matériaux résistants aux solvants</li> <li>- Fonctions : minuterie <math>\geq 9999</math> min, mémoire paramètres, arrêt automatique, sécurité surchauffe</li> <li>- Conformité CE + IEC, indices IP <math>\geq 42</math>, fabricant certifié ISO 9001, documentation complète</li> <li>- Fournir : fiche technique, manuel, certificats CE, validation expérimentale (température + vide sous charge)</li> </ul>		1		
19	<p><b>Multimètre digital LCR</b></p> <p>Multimètre numérique dédié à la mesure de résistance, capacité et inductance (LCR) Affichage LCD <math>\geq 3\frac{1}{2}</math> digits (1999 counts) avec conversion A/D double intégration Gammes : Résistance : 200 <math>\Omega</math> à 20 M<math>\Omega</math> Capacité : 200 pF à 2000 <math>\mu\text{F}</math> Inductance : 200 <math>\mu\text{H}</math> à 20 H Précision : <math>\leq \pm 0.8\%</math> (R), <math>\leq \pm 2.5\%</math> (C/L) Taux d'échantillonnage <math>\geq 3</math> mesures/s avec fonction Data Hold et arrêt automatique Fonction zéro pour compensation des mesures capacitifs Alimentation par batterie 9V avec indicateur de batterie faible Livré avec cordons, pinces crocodiles, certificat de conformité et garantie <math>\geq 12</math> mois</p>		2		
20	Prolongateur multiprises		5		
21	Barreaux magnétiques pour agitateur		2		
22	Pissette de laboratoire en plastique		6		
23	Boite pétrie en verre 90 mm		10		
24	Boite pétrie en plastique 90 mm		10		
25	Porte pour pipette verticale en plastique		2		
26	Papier filtre 110mm		10		
27	Papier filtre 120mm		10		
28	Papier filtre standard		10		
29	Lame porte objet (microscope slides) boite de 50		1		
30	Spatule en inox et en plastique		5		
31	Support métallique a tige 250x160mm		2		
32	Boite pharmacie murale		1		
33	Verre de montre		10		
34	Aspirateur manuel pour pipette (pipette pump) 2 ml		5		
35	Aspirateur manuel pour pipette (pipette pump) 25ml		5		
36	Aspirateur manuel pour pipette (pipette pump) 10ml		5		
37	Béchers 50 ml		5		
38	Béchers 100ml		5		
39	Béchers 250ml		5		
40	Béchers 500ml		5		
41	Béchers 1000ml		5		
42	pipettes 1 ml		10		
43	Micro spatule cuillère		2		
44	Fioles jaugées 100ml		5		
45	Fioles jaugées 500ml		5		

46	Fioles jaugées 1000ml		5		
47	Fioles jaugées 250ml		5		
48	Capsules de porcelaine		2		
49	Entonnoir Büchner		2		
50	fiole à vide		2		
51	Papier pH (gamme 0-14)		5		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	
				TOTAL TTC	



Arrêter le présent devis à la somme en TTC :

Fait à : \_\_\_\_\_ Le : .....

Le soumissionnaire



**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE RELIZANE

FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE



**Tableau d'échantillons des produits pour l'évaluation technique par Commission adhoc**

**OPERATION: « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».**  
**- LOT N° 01 : Mobilier**

Art	Désignation	Observation
01	bureau 1m 60 en melamine avec retour locale	<b>Fiche technique</b>
02	Armoire de Bureau métallique 90 x 40 x 180 cm avec Serrure Rangement Bureau avec 5 Compartiments pour Classeur Rangement Documents	
03	Fauteuil de bureau SEMI CUIRE 07 PLACE	
04	Fauteuil de bureau SEMI CUIRE 05 PLACE	
05	Table basse moderne vitrier 120 *55*40cm	
06	Chaise .tc k02 visiteur	
07	chaise opérateur roulant en tissu de laboratoire	
08	Climatiseur 24 BTU inversteur Réversible (Froid & Chaud) Eco Inverter Filtre HD Engine Protect (165-265 Volt) - Réversible Chaud/Froid - Modèle Inverter - Modèle Tropical jusqu'à 55° - Classe Énergétique 'A' - Engine Protect (165-265 Volt) - Afficheur Dissimulé - Option " Suivez-moi" - Redémarrage Automatique - Mode Sommeil Confortable - Mode turbo - Filtre HD - Gaz R410a	
09	Tableau Blanc Avec 2 volets 1m*4m de haute qualité	
10	Armoire de sécurité produits chimiques -Armoire basique acides/bases (acier revêtu, serrure)	
11	Tableau blanc magnétique 120x200 cm avec kit marqueurs et aimants	



**Tableau d'échantillons des produits pour l'évaluation technique par Commission adhoc**


**OPERATION; « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».  
- LOT N° 02 : Instruments et Outillages Scientifiques.**

Art	Désignation	Observation
1	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,08mm	
2	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,16mm	
3	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,315mm	
4	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 0,5mm	
5	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 5mm	
6	Tamis inox diamètre 315mm H.77 ISO 3310/1 Toile Tissé ouverture 10mm	
7	Moules : en plastique fabrication en plastique rigide, résistant à l'usure et aux chocs, de type monobloc. Idéal pour utilisation chantier, l'éprouvette est éjectée du moule à l'air comprimé; Cube de 10cm en plastique	
8	Serrure électronique intelligente X5TUYA	
9	Panneau HMI pour automate Plus logiciel TIA portal Siemens. SIMATIC Basic Panel Siemens KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0. Logiciel TIA portal Siemens version récente	
10	Alimentation variable de laboratoire MCP, 10M-QS3010 30V 10A une sortie	
11	Générateur de fonction arbitraire. UTG932E 30MHZ	
12	Automate + grand écran HMI PACK 2 : TM221CE40R + HMIGXU5512	
13	Variateur de vitesse ATV310- 5.5 kW – 7.5 hp – 380...460 V – 3 phase	
14	Les alimentations alternatives (AC) stabilisées variables de 0 à 250V (typetransformateur variable Variacs (0-250V AC) Type d'appareil : Variac / Autotransformateur monophasé variable. Plage de tension : Entrée 220V AC, Sortie réglable 0-250V AC (ou 0-300V). Puissance courante : 500VA (2A), 1KVA, 2KVA (8A), jusqu'à 5KVA ou plus. Utilisation : Laboratoires	
15	<b>HOTTE CHIMIQUE SORBONNE DE LABORATOIRE 1500 L×P×H : 1456 × 855 × 2465 MM</b> ASSURENT UNE PROTECTION EFFICACE LORS DES MANIPULATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES. CONÇUES AVEC UNE STRUCTURE MODULAIRE EN ACIER À TRAITEMENT ANTICORROSION, ELLES OFFRENT UNE GRANDE ROBUSTESSE, UNE EXCELLENTE STABILITÉ ET UNE LONGUE DURÉE DE VIE.  LA STRUCTURE ET LE PLAN DE TRAVAIL SONT EN TOLE GALVANISÉ, GARANTISSANT RÉSISTANCE ET VISIBILITÉ. LE VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE EN OPTION PERMET UNE EXTRACTION OPTIMALE, ET L'ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ (1000 À 1200 LUMENS) OFFRE UNE LUMINOSITÉ HOMOGENE SUR LE PLAN DE TRAVAIL. CONFORMES AUX NORMES EN 14175 ET ISO 9001, LES HOTTES TM LAB QUALITÉ GARANTISSENT SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET CONFORT D'UTILISATION, TOUT EN OFFRANT UN DESIGN ERGONOMIQUE ET UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ, IDÉAL POUR TOUT ENVIRONNEMENT DE LABORATOIRE. Dimensions extérieurs (L*P*H): 1456 × 855 × 2465 Dimensions intérieurs (L*P*H): 1296 × 670 × 1035 Porte: P. Coulissant en verre trempé Plan de travail : Résine Turbine d'aspiration m3/h: 1100	
16	<b>Fourniture, installation et mise en service d'un analyseur numérique des matériaux destiné à la simulation avancée des propriétés physico-chimiques des solides.</b> - Système intégré dédié à la modélisation et à l'analyse des propriétés électroniques des matériaux cristallins - Basé sur des approches théoriques avancées telles que Density Functional Theory - Implémentation requise de méthodes all-electron de haute précision de type Full-Potential Linearized - Augmented Plane Wave ou équivalent - Capacité de calcul des structures de bandes, densité d'états (DOS) et distribution de charge - Prise en charge des effets relativistes, y compris le couplage spin-orbite - Architecture optimisée pour calcul scientifique intensif et traitement parallèle - Environnement opérationnel entièrement configuré et validé pour usage en recherche avancée Fourniture d'une solution complète incluant installation, validation, formation et support technique	
17	<b>Agitateur magnétique 6 postes</b> - Agitateur magnétique multi-postes ≥ 6 positions, contrôle indépendant et synchronisé avec affichage digital haute résolution - Plage 50–1500 rpm minimum, précision ±1% max, stabilité ≤ ±1% sous charge nominale pendant 2h (test exigé) - Moteur brushless DC, durée de vie ≥ 10 000 h certifiée, niveau sonore ≤ 50 dB (preuve technique requise) - Capacité ≥ 1000mL/poste, uniformité entre postes ≤ ±5%, plateau inox résistant solvants (justification exigée) - Fonctions obligatoires : soft start, minuterie ≥ 24h, mémoire des paramètres, verrouillage clavier - Conformité CE + IEC, indice IP ≥ 42, fabricant certifié ISO 9001 (certificats à fournir) - Fournir : fiche technique fabricant, manuel, références clients + validation expérimentale (test continu 2h à 1000 rpm sans dérive)	

**Fiche technique**



18	<p><b>Étuve de Séchage Sous Vide</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- étuve sous vide, capacité <math>\geq 24</math> L, plage RT +10°C <math>\rightarrow</math> 300°C, régulation PID numérique</li><li>- Précision température <math>\pm 1^\circ\text{C}</math>, uniformité <math>\leq \pm 1\%</math> à charge nominale, test stabilité obligatoire</li><li>- Vide <math>&lt; 133</math> Pa, jaugé avec précision, possibilité atmosphère contrôlée (gaz inerte)</li><li>- Chambre inox, isolation laine silicate, étanchéité garantie, matériaux résistants aux solvants</li><li>- Fonctions : minuterie <math>\geq 9999</math> min, mémoire paramètres, arrêt automatique, sécurité surchauffe</li><li>- Conformité CE + IEC, indices IP <math>\geq 42</math>, fabricant certifié ISO 9001, documentation complète</li><li>- Fournir : fiche technique, manuel, certificats CE, validation expérimentale (température + vide sous charge)</li></ul>
19	<p><b>Multimètre digital LCR</b></p> <p>Multimètre numérique dédié à la mesure de résistance, capacité et inductance (LCR)</p> <p>Affichage LCD <math>\geq 3\frac{1}{2}</math> digits (1999 counts) avec conversion A/D double intégration</p> <p>Gammes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Résistance : 200 <math>\Omega</math> à 20 M<math>\Omega</math></li><li>Capacité : 200 pF à 2000 <math>\mu\text{F}</math></li><li>Inductance : 200 <math>\mu\text{H}</math> à 20 H</li></ul> <p>Précision : <math>\leq \pm 0.8\%</math> (R), <math>\leq \pm 2.5\%</math> (C/L)</p> <p>Taux d'échantillonnage <math>\geq 3</math> mesures/s avec fonction Data Hold et arrêt automatique</p> <p>Fonction zéro pour compensation des mesures capacitifs</p> <p>Alimentation par batterie 9V avec indicateur de batterie faible</p> <p>Livré avec cordons, pinces crocodiles, certificat de conformité et garantie <math>\geq 12</math> mois</p>
20	Porte pour pipette verticale en plastique
21	Micro spatule cuillère



**Tableau d'échantillons des produits pour l'évaluation technique par Commission adhoc**

**OPERATION; « Mobilier, Equipement, Instruments et Outillages Scientifiques».  
- LOT N° 03 : Equipement**

Art	Désignation	Observation
01	Paillasse de laboratoire (centrale) Surface époxy résistante aux acides, H=90 cm, L=2-3 m	
02	Malaxeur type bétonnière Léger, mais robuste, capacité cuve 130 litres, capacité utile 96 litres. Capacité utile. Adapté à une utilisation sur site pour la préparation de béton de résistance faible/moyenne. Capacité 115 l 220V, 50Hz, 1ph Puissance: 370 W Dimensions: 600 x 1400 x 130 mm (pxlxh) Poids: 50 kg.	
03	Micro-ondes 800-900W, 20-25L, marque standard	
04	Imprimante laser de marque noir et blanche, format a4, resolution 600*600 qualite dimpression jusqu'a 2400*600ppp, vitesse dimpression 18 ppm, chargeur de support 150 feuilles min capacite bac de sortie 100 feuilles min	
05	Machine à Cafe - 19 Bar - Capsule Compatible Nespresso/Cafe Poudre - Rpa-Ccmf 0,7-1450 R	
06	<p><b>Armoire de sécurité multirisque 02 porte vitré</b>  <b>Dimension externe (LxPxH): 1200x652x2200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPS EN TÔLE D'ACIER PEINT ENTIEREMENT SOUDÉ</li> <li>• PIEDS DE POSITIONNEMENT POUR COMPENSER LES ASPÉRITÉS DU SOL</li> <li>• PEINTURE ÉPOXY</li> <li>• MODÈLES LARGEUR 595 MM : 1 PORTE BATTANTE DOUBLE PAROI, CHARNIÈRE À GAUCHE, CHARNIÈRE À DROITE SUR DEMANDE</li> <li>• MODÈLES LARGEUR 1190 : 2 PORTES BATTANTES DOUBLE PAROI</li> <li>• SERRURE</li> <li>• PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE</li> <li>• VENTILATION NATURELLE PAR OUVERTURES D'AÉRATION DANS LA PARTIE INFÉRIEURE</li> <li>• RACCORD DE SORTIE Ø 125 MM EN PARTIE SUPÉRIEURE 2</li> <li>• VENTILATION : 120 V/H : EXTRACTION DES VAPEURS VERS L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT, GAINÉ D'ÉVACUATION LONGUEUR MAX. 5 MÈTRES</li> </ul>	<p align="center">Fiche technique</p>
07	<p><b>Paillasse murale de laboratoire avec dossier et caisson mobile (résine)</b>  RÉSINE (TRESPA) : PLAN DE TRAVAIL EN PANNEAU HPL MASSIF EN RÉSINE ARTIFICIELLE DURCIE, RENFORCÉE ET HOMOGENE, ÉPAISSEUR 16 MM., SURFACE MATTE NON RÉFLÉCHISSANTE, EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCs MÉCANIQUES PIÈTEMENT MÉTALLIQUE EN FORME C, PROTÉGÉ PAR RÉSINE ÉPOXY CUITE AU FOUR, COULEUR AU CHOIX DU CLIENT  4 VÉRINS RÉGLABLES DE MISE À NIVEAU  Dimension: 750 x 900 x 1500 mm</p>	
08	<p><b>Armoire 02 portes vitrée pour laboratoire</b>  Dimension : 1200*600*1930 mm  Étagères de stockage des flacons en acier recouvert anti acide, réglable en hauteur ; Chaque étagère a une capacité de 75 Kg. Bac de fond en acier recouvert anti-acide (bac de rétention) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Système de ventilation intégré, Moteur avec turbine aspirateur d'une puissance selon modèle ;</li> <li>- Caisson aspirateur avec filtre à charbon actif à cartouche interchangeable (en option) ;</li> <li>- Deux portes battante vitré ou pleine selon choix ;</li> <li>- Fermeture de sécurité en deux points à clef conformément aux normes européennes ;</li> <li>- Alimentation : 220/230 volts.</li> <li>- Puissance électrique : 0,18 KW.</li> <li>- Équipée de 4 pieds réglables.</li> </ul>	